



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

3517/ZP/2017

Warszawa, dnia 15 grudnia 2017 roku

LPR.DLM.26.97-2.2017

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego pn. „Zakup wraz z dostawą defibrylatorów AED dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w ilości 5 zestawów”.

Znak sprawy: 3517/ZP/2017.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej Ustawą, informuje, że wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 z dnia 14.12.2017,

dotyczące Działu IV Wymagania szczegółowe, pkt. 8 OPZ / załącznik nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie słowa „opcjonalnie” w rozdziale IV. „Wymagania szczegółowe” pkt. 8 Możliwość wyświetlania zapisu EKG (opcjonalnie), ze względu na to, że krzywa dynamiczna EKG na ekranie (zapis) jest jedynym kryterium podjęcia decyzji o defibrylacji w przypadku korzystania z trybu defibrylacji ręcznej (rozdział I. „Wymagania ogólne” pkt.3 Defibrylator z możliwością defibrylacji ręcznej i półautomatycznej)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie słowa „opcjonalnie” w Dziale IV Wymagania szczegółowe, pkt. 8 OPZ / załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający informuje, że udzielona odpowiedź jest integralną częścią przedmiotowego postępowania i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjnych/Główny Księgowy
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Paula Kamińska