



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Książycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

Warszawa, dnia 12 grudnia 2018r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego pn. „Zakup wraz z dostawą jednorazowych środków medycznych i drobnego sprzętu medycznego dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”.

Znak sprawy: 3740/ZP/2018.

I. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Pozycja nr 12

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm, ponieważ na polskim rynku nie występują sterylne, zakrzywione kleszczyki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm, jednorazowe, sterylne. Na tej podstawie Zamawiający wprowadza zmiany w treści formularza cenowego w poz. 12:

Było:

„kleszczyki naczyniowe zakrzywione typu Pean, jednorazowe, ze stali antyrefleksyjnej, sterylne, Rozmiar [cm] 16”

Jest:

„kleszczyki naczyniowe zakrzywione typu Pean, jednorazowe, ze stali antyrefleksyjnej, sterylne, Rozmiar [cm] 16

lub

„kleszczyki anatomiczne proste typu Pean, jednorazowe, ze stali antyrefleksyjnej, sterylne, Rozmiar [cm] 14”

Oferent w poz. 12 formularza ofertowego musi wskazać jakie kleszczyki oferuje przez wpisanie w kolumnę „Nazwa handlowa/Producent” pełnej nazwy oferowanego produktu.

Pytanie 2

Pozycja nr 12

Czy Zamawiający dopuści Pean 16cm zakrzywiony wielorazowy przeznaczony do sterylizacji, ponieważ na polskim rynku nie występują sterylne, zakrzywione kleszczyki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza Peana 16cm zakrzywionego wielorazowego przeznaczonego do sterylizacji.

Pytanie 3

Pozycja nr 15

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę dla niemowląt o poniższych właściwościach:

- materiał o właściwościach poślizgowych
- elastyczna
- znaczniki głębokości wprowadzania
- zastosowanie do rurek w rozmiarach 2,0; 2,5; 3,0
- bez lateksu, bez ftalanów
- jałowa, jednorazowego użytku Rozmiar: 1,6mmx600m lub 2,0na 600mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną prowadnicę pod warunkiem, że jest to prowadnica do trudnych intubacji. Na tej podstawie Zamawiający wprowadza zmiany w treści formularza cenowego w poz. 15:

Było:

„prowadnica jednorazowa do trudnej intubacji dla dzieci, typu Bougie, elastyczna, z wygiętym końcem, skalowana, w sztywnym opakowaniu, sterylna, dl. 60 cm
Rozmiar [mm]: śr. wew. 1,6-2,0”

Jest:

„prowadnica jednorazowa do trudnej intubacji dla dzieci, typu Bougie, elastyczna, z wygiętym końcem, skalowana, w sztywnym opakowaniu, sterylna, dl. 60 cm

lub

prowadnica dla niemowląt, o właściwościach poślizgowych, elastyczna, znaczniki głębokości wprowadzania, zastosowanie do rurek w rozmiarach 2,0; 2,5; 3,0, bez lateksu, bez ftalanów, sterylna, dl. 60 cm

Rozmiar [mm]: śr. wew. 1,6”

W przypadku zaoferowania przez Oferenta w poz. 15 produktu zamiennego, w celu potwierdzenia zgodności z produktem głównym, dostarczy Zamawiającemu próbkę tego produktu. Zapis dotyczy oferty najwyższej ocenionej w postępowaniu.

Pytanie 4

Pozycja nr 17

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a' 2 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a' 2szt. z przeliczeniem wymaganej ilości.

W nawiązaniu do Rozdziału V. pkt. 2 Zamawiający informuje, iż Oferta powinna zawierać Kartę katalogową i/lub ulotkę informacyjną również dla poz. 14, 15, 16.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi i informacje są integralną częścią przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

II. Zamawiający przesuwą termin składania ofert na dzień 14.12.2018 roku.


Złota DYREKTORA
Złota. Medycznych
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
lek. Tomasz Derkowski