



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Książkowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

LPR. 22P. 26.32-2. 2019

Warszawa, dnia 21. maja 2019 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Napełnianie, obsługę, konserwację wraz z dostawą butli tlenowych i powietrznych oraz napełnianie wraz z dostawą tlenowych i powietrznych ciśnieniowych systemów gazowych będących własnością lub pozostających w posiadaniu Zamawiającego - 2 Zadania”. Nr postępowania: ZP/4/IV/2019.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawcy, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wymaga, w przypadku tlenu medycznego w butlach kompozytowych z zaworem zintegrowanym opisanych dla zadania nr 1, będących własnością Zamawiającego, dołączenia do oferty pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego w opakowaniu bezpośrednim tj. butla wraz z zaworem zintegrowanym, które to pozwolenie uprawnia Wykonawcę do napełniania tlenem medycznym opakowań Zamawiającego?

Odpowiedź na Pytanie nr 1:

Zgodnie z zapisami § 10 ust. 7 pkt 1 SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie, w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, do złożenia na wezwanie Zamawiającego aktualnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego w opakowaniu bezpośrednim zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 Ustawy do złożenia ww. dokumentu Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona w oparciu o określone kryteria oceny ofert.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wymaga aby okres ważności oferowanych gazów w butlach wynosił co najmniej połowę okresu trwania umowy wskazanego w § 8 SIWZ.

Odpowiedź na Pytanie nr 2:

Zamawiający **nie wymaga** aby okres ważności oferowanych gazów w butlach wynosił co najmniej połowę okresu trwania umowy wskazanego w § 8 SIWZ.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi na pytania są integralną częścią SIWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

DYREKTOR
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski, prof. nadzw.