



# LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

Warszawa, dnia 13 listopada 2019r.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

### I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego pn. „*Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – 5 Zadań*”.

Znak sprawy: 3480/ZP/2019.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

#### **Pytanie 1**

##### **Dotyczy Zadania nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści równoważne resuscytatory, silikonowe, do wentylacji pacjentów dorosłych z paskiem podtrzymującym pozwalającym na skuteczną wentylację przez dłuższy czas  
SPECYFIKACJA:

- Resuscytatory półprzezroczysty
- wielorazowego użytku
- w zestawie maska do resuscytacji (rozmiar do wyboru przez Zamawiającego)
- wentylacja pacjentów o masie ciała powyżej 30 kg
- nadający się do wielokrotnie sterylizowane w autoklawie w temperaturze 134°C. (bez rezerwuaru tlenu)
- objętość resuscytatora - 1800 ml
- objętość wyrzutowa – 1060ml
- w zestawie maska (rozmiar do wyboru przez Zamawiającego)
- zawór ograniczający ciśnienie- 4,0 kPa (40 cm H<sub>2</sub>O)
- objętość zbiornika - 2700 ml
- złącze pacjenta zewn. 22 mm, męskie; wew. 15mm, żeńskie
- złącze wydechowe (do zaworu PEEP) 30 mm , żeńskie
- temperatura robocza od -18 do +50 0C
- temperatura przechowywania od -20 do +60 0C
- możliwość dłuższego magazynowania resuscytatora, szczelnie zapakowanego przechowywanego w chłodnym miejscu z dala od światła słonecznego.

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego worka samorozprężalnego dla dorosłych. Opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie pozostaje bez zmian.*

## Pytanie 2

### Dotyczy Zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści równoważne resuscytatory, silikonowe, do wentylacji pacjentów pediatrycznych z paskiem podtrzymującym pozwalającym na skuteczną wentylację przez dłuższy czas

#### SPECYFIKACJA:

- Resuscytatory półprzezroczyste
- wielorazowego użytku
- wentylacja pacjentów o masie ciała 7-30 kg
- nadający się do wielokrotnie sterylizowane w autoklawie w temperaturze 134°C. (z rezerwuarem tlenu)
- objętość resuscytatora - 550 ml
- objętość oddechowca – 320 ml
- zawór ograniczający ciśnienie- 4,0 kPa (40 cm H<sub>2</sub>O)
- objętość zbiornika - 2700 ml
- temperatura robocza od -18 do +50 0C
- temperatura przechowywania od -20 do +60 0C
- możliwość dłuższego magazynowania resuscytatora, szczelnie zapakowanego przechowywanego w chłodnym miejscu z dala od światła słonecznego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego worka samorozprężalnego dla dzieci. Opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie pozostaje bez zmian.

## Pytanie 3

### Dotyczy Zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści rękojeści z żarówkami ksenonowymi?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza rękojeści z żarówkami ksenonowymi. Opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie pozostaje bez zmian.

## Pytanie 4

### Dotyczy Zadania nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stetoskopu o długości 78cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza stetoskop o długości 78 cm.

## Pytanie 5

### Dotyczy Zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści ssak mechaniczny ręczno-nożny w zamian za ssak typu pistoletowego i spełniający pozostałe parametry techniczne? Poniżej dane techniczne proponowanego urządzenia

- Szerokość: 170 mm
- Długość: 225 mm
- Wysokość: 120 mm
- Waga: 1.3 kg
- Maksymalne ssanie: 450 mmHg
- Tempo przepływu: 25 l/min.
- Pojemność pojemnika: 380 ml

- Temp. przechowywania: od -20 do +65 oC
- Ciśnienie przechowywania: od 530 do 1100 hPa
- Wilgotność przechowywania: od 5 do 95%
- Temp. działania: od -10 do +65 oC
- Ciśnienie działania: od 30 do 1100 hPa
- Wilgotność działania: od 5 do 95%

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego ssaka mechanicznego ręczno-nożnego. Opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są integralną częścią przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

**Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 15 listopada 2019 roku.**

Z-ca DYREKTORA  
ds. Medycznych  
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe  
*dr. Tomasz Derkowski*