



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Książkowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

Warszawa, 12-05-2020 r.

LPR.ZZP.26.16-9.2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup wraz z dostawą inkubatorów przeznaczonych do transportu noworodków i wcześniaków wymagających intensywnej opieki medycznej samolotami Piaggio P-180, LEARJET 75, będącymi własnością Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”

Nr postępowania: ZP/4/IV/2020.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – zwanej dalej „Ustawą” – zawiadamia o wyniku przedmiotowego postępowania.

Zamawiający działając zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy wybrał na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę: **KROBAN Sp. z o.o.** Oferta Wykonawcy jest zgodna z przepisami Ustawy oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert.

Jednocześnie Zamawiający w poniższym zestawieniu przedstawia Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację:

Numer oferty	Firma i adres Wykonawcy	Oferowane urządzenia	Cena oferty	Gwarancja	Termin realizacji
1	KROBAN Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 182/451 90-368 Łódź	Airborne – Voyager Transport Incubator	498 960,00 zł	24 miesiące	20 tygodni od dnia zawarcia umowy

Numer oferty	Liczba punktów w	Liczba punktów w	Liczba punktów	Liczba punktów	SUMA PUNKTÓW
--------------	------------------	------------------	----------------	----------------	--------------

	kryterium „Cena oferty”	kryterium „Gwarancja”	w kryterium „Termin realizacji”	w kryteriach związanych z parametrami technicznymi - zgodnie z tabelą „Parametry techniczne oferowanych urządzeń”	
1	60,00	0,00	0,00	16,00	76,00

Parametry techniczne oferowanych urządzeń:

Oceniany parametr	Oferta Wykonawcy	Przyznane punkty
Automatyczne testowanie przy każdym uruchomieniu	TAK	2,00
Pamięć nastawionych parametrów	TAK	2,00
Poziom hałasu w komorze podczas pracy	59,9 dB	0,00
Nawilżacz pod kopułą	TAK	2,00
Zabudowa defibrylatora X-Series (Zoll)	TAK	10,00
Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe	5 napraw	0,00
SUMA PUNKTÓW		16,00

dr hab. n. o zdr. Robert Galęzkowski, prof. uczelni

Dyrektor
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
/dokument podpisany elektronicznie/