



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

Warszawa, 16 listopada 2020r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Zapytania ofertowego na: „**Zakup wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – 3 Pakiety.**”

Znak sprawy 3414/ZP/2020

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy nie wymagacie Państwo żadnych badań i certyfikatów dot. przyłbic (certyfikaty, badania, atesty, spełniane normy) ?

Nasza firma jest producentem ŚOI, w tym między innymi przyłbic i mini-przyłbic. Produkujemy w Polsce i mamy wszystkie wymagane certyfikaty, atesty i badania - wyprodukowaliśmy ponad 550 tys. sztuk dla podmiotów w kraju i za granicą.

Odpowiedź:

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ochrony oczu i twarzy przed czynnikami zewnętrznymi przyłbice mają spełniać wymagania zasadnicze Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 dotyczące środków ochrony indywidualnej oraz normy EN-166:2001 (UE) lub równoważnych w zakresie: wymiarów minimalnego pokrycia chronionego obszaru oczu i twarzy (wysokość osłony nie mniejsza niż 150 mm), współczynnika przepuszczania światła (nie mniej niż 74,4%).

Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia, zawiera wymagania zasadnicze oraz przedstawiony powyżej zakres. Zgodnie z powyższym Zamawiający będzie oceniał zgodność przedmiotu zamówienia z opisem na podstawie karty katalogowej i/lub folderu i/lub ulotki informacyjnej i/lub prospektu.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych pakietów, na które będzie składana oferta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza modyfikację formularza ofertowego przez usunięcie przez Wykonawcę części Pakietów, których Oferta nie dotyczy.

Pytanie 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyłbic o następujących parametrach:

- Produkt zgodny z Wymaganiami Rozporządzenia 2016/425 UE, oraz z normą EN 166
- szyba - wykonana z tworzywa sztucznego, odpornego na łamanie; elastycznego oraz z przepuszczalnością światła nie mniejszą niż 74%;
- szybka i taśma wokół głowy - odporne na środki dezynfekujące zawierające alkohol;

- przyłbica do wielokrotnego użytku;
- regulowany obwód opaski czołowej o szerokości ~ 2,5 cm

opaska czołowa wykonana z tworzywa odpornego na środki dezynfekujące zawierające alkohol, wyposażona w otwory pozwalające na oddychanie skóry podczas pracy

- lekka
- Dystans ~ 3,8 cm pomiędzy twarzą a szybką ochronną, umożliwiający cyrkulację powietrza oraz bezproblemowe użytkowanie dla osób noszących okulary;
- Szybka uchylna, z regulowanym kątem pochylenia osłony, z blokowaniem pozycji,
- ogranicza kontakt z zarazkami, wirusami, bakteriami;
- Wyposażona w 10 wymiennych szybek w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy
- Grubość szybki: ok. 0,4mm

Rozmiar mierzony na płasko:

- uniwersalny;
- szerokość: 32cm; wysokość: 22 cm

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmiany w treści Zapytania ofertowego w pkt I Przedmiot zamówienia Pakiet 1 – Przyłbica ochronna wielorazowa:

- elastyczna osłona twarzy, zmniejszająca ryzyko przenoszenia zarazków metodą kropelkową, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu, możliwość jednoczesnego noszenia okularów korekcyjnych;*
- nieograniczająca widzenia, wysoka przezroczystość, współczynnik przepuszczania światła nie mniej niż 74,4 %;*
- ramka wykonana z nienasiąkliwego materiału (dopuszcza się wyklejenie ramki od wewnątrz cienkim paskiem z miękkiej pianki o grubości nie większej niż 4 mm);*
- regulowana gumka;*
- szybka podnoszona/regulowana, odporna na uszkodzenia mechaniczne, zaokrąglone naroża, tworzywa o grubości nie mniejszej niż 0,4 mm, wysokość szybki nie więcej niż 250 mm (nie mniej niż 200 mm);*
- ilość 320 szt.*

Pytanie 4:

Czy oferta w wersji elektronicznej może być podpisana kwalifikowanym podpisem?

Odpowiedź:

Tak, oferta w wersji elektronicznej może być podpisana podpisem kwalifikowanym.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia są integralną częścią przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

DYREKTOR
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr.

Robert Gałązkowski

/dokument podpisany elektronicznie/