



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

Warszawa, 27-11-2020 r.

LPR.ZZP.26.93-2.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup wraz z dostawą wideolaryngoskopów”. Nr postępowania: ZP/8/XI/2020.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawcy, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi i dokonuje zmiany SIWZ.

1. Pytanie: Czy w pozycji 1c Zamawiający dopuści wideolaryngoskop z wodoodpornością IPx0, ale z rękojeścią nadającą się do sterylizacji w plazmie lub gazie po odłączeniu monitora?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę wideolaryngoskopu z wodoodpornością na poziomie mniejszym niż IPX5, w tym przypadku Wykonawca nie otrzyma punktu w kryterium oceny ofert- Parametry urządzenia, pod warunkiem spełniania minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

2. Pytanie: Czy w pozycji 3d Zamawiający dopuści wideolaryngoskop, w którym łopatki nie posiadają powłoki zabezpieczającej przed parowaniem, ale urządzenie jest wyposażone w system grzania kamery, pozwalający uniknąć efekty zaparowania obrazu?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wideolaryngoskopu, w którym łopatki nie posiadają powłoki zabezpieczającej przed parowaniem, ale urządzenie jest wyposażone w system grzania kamery, pozwalający uniknąć efekty zaparowania obrazu.

Zamawiający dokonuje zmiany w treści pkt III.3.d FORMULARZA ASORTYMENTOWEGO (ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ).

Było:

3. Parametry łopatek (łyżek):

d) powłoka zabezpieczająca przez parowaniem elementów optycznych

Jest:**3. Parametry lopatek (łyżek):**

d) powłoka zabezpieczająca przed parowaniem elementów optycznych lub urządzenie wyposażone w system grzania kamery, pozwalający uniknąć efekty zaparowania obrazu.

3. Pytanie: Czy w pozycji 4b Zamawiający dopuści wideolaryngoskop zasilany akumulatorem o czasie działania 240 minut, dostarczany z zasilaczem umożliwiającym naładowanie akumulatora, ale bez możliwości samodzielnej wymiany akumulatora?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wideolaryngoskopu zasilanego akumulatorem o czasie działania 240 minut, dostarczanego z zasilaczem umożliwiającym naładowanie akumulatora, ale bez możliwości samodzielnej wymiany akumulatora. W sytuacji rozładowania/uszkodzenia akumulatora w trakcie misji, powinien istnieć sposób na przywrócenie działania sprzętu bez utraty czasu na ładowanie.

4. Pytanie: Czy w pozycji IV p. 3 Zamawiający dopuści urządzenie z odłączanym monitorem, który jest dezynfekowany poprzez przecieranie i rękojeścią, która może być sterylizowana w plazmie lub gazie?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia z odłączanym monitorem, który jest dezynfekowany poprzez przecieranie i rękojeścią, która może być sterylizowana w plazmie lub gazie. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe nie dysponuje wskazanymi w pytaniu sposobami sterylizacji (plazma i gaz).

Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej załącznik nr 2 do SIWZ-FORMULARZ ASORTYMENTOWY, uwzględniający zmianę wprowadzoną niniejszym pismem.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi do treści SIWZ są integralną częścią SIWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Robert Gałżkowski

Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

/dokument podpisany elektronicznie/

Sporządził: Anna Popławska-Kozicka - WP.I