



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Książycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

Warszawa, 30 listopada 2022 r.

LPR.DZP.26.85-1.2022

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) **I WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania pn. „Zakup wraz z dostawą urządzeń medycznych realizowany w ramach zakupu sprzętu medycznego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”. Nr postępowania: ZP/11/XI/2022.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zmienia treść SWZ w opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2:

1. w pkt II ppkt 2 lit a) poprzez nadanie nowej treści w brzmieniu „a) dotyczy danych zawartych w: - pkt IV: ppkt 2 lit. a-c, ppkt 5 lit. a-c, ppkt 6 lit. a-c, ppkt 7 lit. a, c, e, ppkt 8 lit. a-j”, w związku z czym odpowiedniej zmianie ulega § 7 ust. 1 pkt 2 ppkt ii.;
2. w pkt IV ppkt 1 lit. b) poprzez nadanie nowej treści w brzmieniu „serce (ocena obecności płynu w osierdziu, ocena wielkości jam serca)”;
3. w pkt IV ppkt 2 poprzez wykreślenie lit. d;
4. w pkt IV ppkt 12 lit. b) poprzez zmianę zapisu: „- zasilacz sieciowy” na „- ładowarka sieciowa”;
5. pkt VI, VII, VIII poprawia się odpowiednio na V, VI, VII.

Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia Zamawiający udostępnia jako załącznik do niniejszego pisma.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy udziela odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienia treści SWZ w sposób:

Pytanie 1:

Dotyczy aparatu USG. Czy zamawiający dopuści do postępowania jako zestaw głowicę convex i głowicę liniową (dwie oddzielne głowice) spełniające wszystkie wymagane parametry.

Odpowiedź na pytanie:

W związku z koniecznością ograniczania złożoności oraz rozmiarów nowych urządzeń (ograniczona przestrzeń plecaka, mnogość użytkowania jednocześnie urządzeń podczas misji ratunkowych) Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania polegającego na dostarczeniu dwóch osobnych głowic USG stanowiących zestaw.

Zamawiający informuje, że zmiany treści SWZ są integralną częścią SWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

z upoważnienia Dyrektora LPR

lek. Adam Burakowski

zastępca dyrektora ds. medycznych

/dokument podpisany elektronicznie/

Sporządził: Karolina Biela - DZP